

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

ul. Kozielska 4

01-163 Warszawa

fax. 261853133

strona internetowa: www.wihe.pl

(nazwa i adres Zamawiającego)

Odpowiedź na pytania z dnia 09.02.2017 r.

Dotyczy: Spr. Nr 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie

W wyniku wpłynięcia pytań do ww. postępowania, poniżej zamieszczamy ich treść wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 570 litrów z możliwością przechowywania aż 400 pudełek o wysokości 50 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Nie. Zamrażarka ma mieć pojemność minimum 750 L.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 830 litrów z możliwością przechowywania aż 600 pudełek o wysokości 50 mm? Oferowana zamrażarka charakteryzuje się niewielkimi gabarytami zewnętrznymi w stosunku do zaproponowanej pojemności (szer. x gł. x wys.: 1080 x 822 x 1991 mm). Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z urządzenia o większej pojemności.

Dopuszcza się zastosowanie większej pojemności zamrażarki przy zachowaniu gabarytów zewnętrznych maksymalnie: 1100 × 900 × 2000 mm (szer. x gł. x wys.)

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej 304? Zastosowana stal ma wysoką odporność mechaniczną oraz na korozję. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Nie. Stal 304L ma wyższą odporność na korozję w większości środowisk agresywnych, które mogą być przechowywane w zamrażarce.

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z czasem schładzania do temperatury -80oC wynoszącym 7,5 h? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Nie. Czas schładzania jest parametrem istotnym, ze względu na wartość przechowywanych próbek i restart po ewentualnej awarii.

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w stelaż na pudełka o wys. 5 cm, z możliwością umieszczenia w nim 20 pudełek? Wraz z zamrażarką oferujemy Zamawiającemu dostarczenie 5 szt. stelaży, co umożliwi przechowywanie wymaganej liczby pudełek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Nie - przed podaniem odpowiedzi proszę o doprecyzowanie wymiarów stelaży do przechowywania i pudełek.

6. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 66 szt. pudełek 2 in na próbówki wraz z zamrażarką niskotemperaturową?

Zamawiający wymaga dostarczenia 22 pudełek 9x9.